2002年12月6日作成(新様式第1版)　　医療用具許可番号:13BY6007

歯科材料2　歯冠材料
硬質レジン歯
クレアパール

【形状・構造等】
該当規格:JIS　T　6506「硬質レジン歯」

種類
モールドチャート:

前歯上顎	タイプA A71/73/75/78/79 V61/63/65/68/69
前歯下顎	タイプU U1/U3/U5/U7/U9
臼歯上顎	DL/DM/DS/EM/ES
臼歯下顎	DL/DM/DS/EM/ES

色調:　A2/A3/A3.5

【性能、使用目的、効能又は効果】
義歯に使用する硬質レジンの既製人工歯である。

1)成分
主成分はメタクリル酸エステルの重合体及びその共重合体である。

2)使用目的、用途
義歯

【操作方法又は使用方法等】
1)適切な形態及びシェードの選択を行う。

2)既に、完成されているろう堤のワックスに本レジン歯の排列を行う。

3)排列・歯肉形成した後、歯間または余剰に残存するワックスがないことを確認し、水で洗浄後、口腔内にて試適を行う。

4)試適終了後、重合を行う。

5)重合終了後、排列した位置を確認して研磨し、更に試適後、修正などを加えて最後に研磨仕上げを行う。

[使用方法に関する使用上の注意]
1)直接バーナー及びトーチなどを使用して、直接火力をあてないこと。

2)100℃以上のインスツルメントを排列時に本レジン歯に接触させないこと。

3)色調合わせの時は、常に一定の光源のもとで行うこと。

4)排列後の試適時は、ワックスで本レジン歯を固定し外れないことを確認すること。

【使用上の注意】
1)使用注意
①研削・研磨設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、研磨・研削により発生する粉粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
②研磨作業などの際には、粉塵により人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
④記載の用途以外にはしようしないこと。
⑤歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2)重要な基本的注意
①本レジン歯の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】
[貯蔵・保管方法]
・歯科の従事者以外は触れないように適切に保管、管理すること。

【包装】
各モールド:1列

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】
販　売　元:株式会社　ハーマンズ
住　　所:〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-10-10　若葉西ビル4F
電話番号:03-3770-3863
製造発売元:クリエーションウィリーゲラーインターナショナルAG
(スイス)